

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Ammissione alla verifica- zione per strumenti di misura di quantità di gas

del 17 aprile 2001

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica-
zione il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: Schlumberger Rombach GmbH, Karlsruhe (D)

Richiedente: Schlumberger Industries S.A., Ginevra (CH)



Contatori di gas a pistoni rotativi.

Tipo: Delta

4^a aggiunta

Designazione G	Q _{max} m ³ /h	Portata di misura							DN mm	V dm ³	P _{max} bar
		Q _{min} m ³ /h	1:30	1:50	1:65	1:80	1:100	1:130			
16	25	0,8	0,6						40	0,14	12
25	40	1,3	0,8						40	0,14	12
40	65	2,0	1,3						40	0,19	12
25	40	1,3	0,8						50	0,59	94
40	65	2,0	1,3	1,0	0,8				50	0,59	94
65	100	3,0	2,0	1,6	1,3	1,0	0,8		50	0,59	94
100	160	5	3,0	2,5	2,0	1,6	1,3	1,0	50	1,04	12
100	160	5	3,0	2,5	2,0	1,6	1,3	1,0	80	1,04	17
100	160	5	3,0	2,5	2,0				80	1,78	94
160	250	8	5	4,0	3,0	2,5	2,0		80	1,78	94
250	400	13	8	6	5	4,0	3,0	2,5	100	3,65	94
400	650	20	13	10	8	6	5	4,0	150	5,12	10
650	1000	32	20	16	13	10			150	9,05	10

17 aprile 2001

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento:

Il direttore, Wolfgang Schwitz