

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Ammissione alla verifica- zione per strumenti di misura di quantità di gas

del 23 gennaio 2001

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica-
zione il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3003 Bern-Wabern.

Fabbricante: Instromet B. V., Silvolde (NL)

Richiedente: Instromet B. V., Silvolde (NL)



Contatore di gas a piston
i rotativi.

Tipo: IRM-3

DN	G	Q _{max}	Q _{min}	V	P _{max}
mm		m ³ /h	m ³ /h	m ³	bar
40/50	25	40	0.3	0.795	16
40/50	40	65	0.4	0.795	16
40/50	65	100	0.4	0.795	16
40/50/80	40	65	0.4	1.212	16
40/50/80	65	100	0.4	1.212	16
40/50/80	100	160	0.6	1.212	16
40/50/80	40	65	0.4	1.443	16
40/50/80	65	100	0.4	1.443	16
40/50/80	100	160	0.6	1.443	16
80/100	65	100	1.0	3.469	16
80/100	100	160	1.0	3.469	16
80/100	160	250	1.0	3.469	16
80/100	100	160	1.0	4.424	16
80/100	160	250	1.0	4.424	16
80/100	250	400	1.6	4.424	16
100/150	250	400	4.0	5.530	16
100/150	400	650	4.0	5.530	16
100/150	400	650	4.0	8.849	16
100/150	650	1000	4.0	8.849	16

23 gennaio 2001

Ufficio federale di metrologia:

Il direttore, Wolfgang Schwitz