

# Ammissione alla verifica di strumenti di misura della quantità di gas

del 13 agosto 2002

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento, 3003 Bern-Wabern.

*Fabbricante:* Elster Produktion GmbH, Mainz-Kastel (D)

*Richiedente:* Gas- und Wassermesserfabrik AG, Lucerna (CH)



Contatori di gas a pistoni rotativi

Tipo: RVG

1<sup>a</sup> aggiunta

Portata di misura:

Desi- gnazione G	Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h)	Q <sub>min</sub> (m <sup>3</sup> /h)				V (dm <sup>3</sup> )	P <sub>max</sub> bar	DN (mm)
		1:80	1:65	1:50	1:30			
10	16	–	–	–	0,5	0,2	20	25
16	25	–	–	0,5	0,8	0,2	20	25
25	40	0,5	0,6	0,8	1,3	0,2	20	25
10	16	–	–	–	0,5	0,2	20	32
16	25	–	–	0,5	0,8	0,2	20	32
25	40	0,5	0,6	0,8	1,3	0,2	20	32
10	16	–	–	–	0,5	0,2	20	40
16	25	–	–	0,5	0,8	0,2	20	40
25	40	0,5	0,6	0,8	1,3	0,2	20	40

13 agosto 2002

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento:

Il direttore, Wolfgang Schwitz