


Zulassung zur Eichung von Wärme- und Warmwasserzähler

vom 28. Dezember 2001

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgenden Bauarten zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: Kamstrup A/S, Skanderborg (DK)

Antragsteller: Gebrüder Tobler AG, Urdorf (CH)




Hydraulischer Geber als Teilgerät eines Wärmezählers.

Typ: ULTRAFLOW II

Fabrikant: Kamstrup A/S, Skanderborg (DK)

Antragsteller: Gebrüder Tobler AG, Urdorf (CH)




Temperaturfühler für Wärmezähler.

Typ: 66-00-0(A...G)0

Fabrikant: M. K. Juchheim GmbH & Co., Fulda (D)

Antragsteller: JUMO Mess- und Regeltechnik AG, Stäfa (CH)




Temperaturfühler für Wärmezähler.

Typ: 9024X5/1X

Fabrikant: M. K. Juchheim GmbH & Co., Fulda (D)

Antragsteller: JUMO Mess- und Regeltechnik AG, Stäfa (CH)




Temperaturfühler für Wärmezähler.

Typen: 902435/3X, 902425/3X, 902425/4X

Fabrikant: M. K. Juchheim GmbH & Co., Fulda (D)

Antragsteller: JUMO Mess- und Regeltechnik AG, Stäfa (CH)



Temperaturfühler für Wärmezähler.

Typen: 902424/1X, 902434/1X

28. Dezember 2001

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung

Der Direktor: Wolfgang Schwitz