

Bekanntmachungen der Departemente und der Ämter


Zulassung zur Eichung von Gasmengennmessgeräten

vom 17. April 2001

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgende Bauart zur Eichung zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: Schlumberger Rombach GmbH, Karlsruhe (D)

Antragsteller: Schlumberger Industries SA, Genf (CH)



Drehkolbengaszähler.

Typ: Delta

4. Ergänzung

		Messbereich									
Grösse G	Q _{max} m ³ /h	Q _{min} m ³ /h							DN mm	V dm ³	P _{max} bar
		1:30	1:50	1:65	1:80	1:100	1:130	1:160			
16	25	0,8	0,6						40	0,14	12
25	40	1,3	0,8						40	0,14	12
40	65	2,0	1,3						40	0,19	12
25	40	1,3	0,8						50	0,59	94
40	65	2,0	1,3	1,0	0,8				50	0,59	94
65	100	3,0	2,0	1,6	1,3	1,0	0,8		50	0,59	94
100	160	5	3,0	2,5	2,0	1,6	1,3	1,0	50	1,04	12
100	160	5	3,0	2,5	2,0	1,6	1,3	1,0	80	1,04	17
100	160	5	3,0	2,5	2,0				80	1,78	94
160	250	8	5	4,0	3,0	2,5	2,0		80	1,78	94
250	400	13	8	6	5	4,0	3,0	2,5	100	3,65	94
400	650	20	13	10	8	6	5	4,0	150	5,12	10
650	1000	32	20	16	13	10			150	9,05	10

17. April 2001

Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung

Der Direktor: Wolfgang Schwitz