

# Publications des départements et des offices de la Confédération

## Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

du 17 avril 2001

En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

*Fabricant:* Schlumberger Rombach GmbH, Karlsruhe (D)

*Requérant:* Schlumberger Industries S.A., Genève (CH)



Compteur de gaz à pistons rotatifs.

Type: Delta

4<sup>e</sup> adjonction

Dési- gnation G	Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /h	Etendue de mesure							DN mm	V dm <sup>3</sup>	P <sub>max</sub> bar
		Q <sub>min</sub> m <sup>3</sup> /h									
		1:30	1:50	1:65	1:80	1:100	1:130	1:160			
16	25	0,8	0,6						40	0,14	12
25	40	1,3	0,8						40	0,14	12
40	65	2,0	1,3						40	0,19	12
25	40	1,3	0,8						50	0,59	94
40	65	2,0	1,3	1,0	0,8				50	0,59	94
65	100	3,0	2,0	1,6	1,3	1,0	0,8		50	0,59	94
100	160	5	3,0	2,5	2,0	1,6	1,3	1,0	50	1,04	12
100	160	5	3,0	2,5	2,0	1,6	1,3	1,0	80	1,04	17
100	160	5	3,0	2,5	2,0				80	1,78	94
160	250	8	5	4,0	3,0	2,5	2,0		80	1,78	94
250	400	13	8	6	5	4,0	3,0	2,5	100	3,65	94
400	650	20	13	10	8	6	5	4,0	150	5,12	10
650	1000	32	20	16	13	10			150	9,05	10

17 avril 2001

Office fédéral de métrologie et d'accréditation:

Le directeur, Wolfgang Schwitz