

# Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

du 16 avril 2002

En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

*Fabricant:* Instromet B. V., Silvolde (NL)

*Requérant:* Instromet B. V., Silvolde (NL)



1<sup>re</sup> adjonction

## Compteur de gaz à piston rotatifs

Type: IRM-3-DUO

| DN<br>mm     | G    | Q <sub>max</sub><br>m <sup>3</sup> /h | Q <sub>min</sub><br>m <sup>3</sup> /h | V<br>dm <sup>3</sup> | P <sub>max</sub><br>bar |
|--------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 100 oder 150 | 250  | 400                                   | 4                                     | 5.530                | 16                      |
| 100 oder 150 | 400  | 650                                   | 4                                     | 5.530                | 16                      |
| 100 oder 150 | 400  | 650                                   | 4                                     | 8.849                | 16                      |
| 100 oder 150 | 650  | 1000                                  | 4                                     | 8.849                | 16                      |
| 150 oder 200 | 650  | 1000                                  | 10                                    | 14.18                | 16                      |
| 150 oder 200 | 1600 | 1600                                  | 10                                    | 14.18                | 16                      |
| 150 oder 200 | 1600 | 1600                                  | 10                                    | 14.18                | 16                      |

16 avril 2002

Office fédéral de métrologie et d'accréditation:

Le directeur, Wolfgang Schwitz